

PATOLOJİ TAŞIMA ÇANTASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Çantanın iç ölçüleri 240*170*200mm (± 5 mm) olmalıdır.
- Çantanın ön yüzünde metal etikete baskılı ,”Patoloji Taşıma Çantası” yazısı olmalı ve üzerine sabitlenmelidir.
- Taşıyıcı port 2 adet olmalıdır.
- 4 adet büyük boy patoloji taşıma seti,8adet orta boy patoloji taşıma seti,28 adet küçük boy patoloji taşıma seti ve 8 adet patoloji taşıma tüpü ile birlikte verilmelidir.
- İstenildiğinde ek taşıma setleri ayrıteten firmadan temin edilebilmelidir.
- Satıcı firmanın Kalite yönetimi belgesi İSO9001 sertifikası olmalıdır.